



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2002-12-31

DECYZJA NR ZT 1132/2002

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 września 2002 r. bez numeru, zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo – Przemysłowo – Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 2/2, Białystok oraz na podstawie badań wykonanych przez Samodzielne Laboratorium Promieniowania Optycznego i Jonizującego Głównego Urzędu Miar

ZATWIERDZAM TYP

luksomierzy o znaku fabrycznym L-100, przeznaczonych do współpracy z fotometryczną głowicą pomiarową G.L-100, produkcji Przedsiębiorstwa – Przemysłowo – Usługowo - Handlowego SONOPAN Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 2/2, Białystok.

Luksomierzom nadaje się znak typu **RP T 02 196**.

Luksomierze spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o luksomierzach, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 31 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 marca 1995 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 6, poz. 34).

Charakterystyka:

- zakres pomiarowy (0,001 ÷ 300000) lx składający się z trzech podzakresów:
 - (0,001 ÷ 30) lx, rozdzielczość 0,001 lx
 - (0,1 ÷ 3000) lx, rozdzielczość 0,1 lx
 - (10 ÷ 300000) lx, rozdzielczość 1 lx
- klasa dokładności 5
- niepewność e_p ± 2,5 %
- błąd korekcji widmowej e_λ ± 1,5 %

Luksomierze mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania do dnia 31 grudnia 2003 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. Prezesa GUM
Barbara Lisowska
WICEPREZES

